

Bafmetro Medica- Alm disso Alco control 7.0

Medidas, mas muito provavelmente não com 100% de precisão, 100% para não bater antes das viagens. Em geral, este dispositivo me foi apresentado há alguns meses, consegui testá-lo.

Resumidamente sobre a tecnologia de medição, primeiro, depois de ligar o dispositivo, ele é calibrado por 20 segundos, depois você precisa inserir o bocal, começar a soprar e, neste momento, manter pressionado o botão, após o que o dispositivo dará o resultado. De acordo com as instruções, as medições não devem ser feitas antes de 20 minutos após a ingestão de álcool, mas compreensivelmente, vapor de álcool na boca. Em geral, depois de 0,5 cerveja após 20 minutos, mostrei 0,1 ppm, depois outro + 0,5 e novamente após 20 minutos, já era 0,18 ppm. Com meu peso de 87 kg. Tudo individual aqui, depois das festividades do Ano Novo pela manhã era sempre 0, apesar da cabeça estar zumbindo. Em geral, para resseguro, acho que o dispositivo vai, mas você precisa fazer tudo de acordo com as instruções, na foto onde mostrado 0,7 ppm, isso meio gole de uísque e medição após 3 minutos, claro que não o caso, porque você tem que esperar 20 minutos. Existem até 10 boquilhas no kit, aparentemente para escolher a empresa mais sóbria da empresa que irá para o suplemento)

no mostra o resultado correto não há sentido no bafmetro que mostra o resultado errado